


单一来源采购专家论证意见表


专家姓名	赵可峰	职 称	主任医师
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	山东大学齐鲁医院		
采购项目名称	山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目(电子膀胱肾盂镜)		
供应商名称	济南奥林德创医疗器械有限公司		
专 家 论 证 意 见	采购项目的市场分析： 山东大学齐鲁医院所需采购的电子膀胱肾盂镜是跟现有的奥林德创机器配套使用，只能由生产厂家及唯一授权商获取。		
	提出单一来源供应商的理由： 山东大学齐鲁医院所需采购的电子膀胱肾盂镜是跟现有的奥林德创机器配套使用，其它厂家生产的产品无法配套使用，只有原厂及授权代理商可以销售，济南奥林德创医疗器械有限公司是唯一授权商，建议采用单一来源采购。		
	专家签字： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2022年 月 日 </div>		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	刘磊	职 称	高工
工作单位	山东省医院		
采购单位名称	山东大学齐鲁医院		
采购项目名称	山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目(电子膀胱肾盂镜)		
供应商名称	济南奥林达医疗设备有限公司		
专 家 论 证 意 见	采购项目的市场分析： 此次山东大学齐鲁医院拟购置的电子膀胱肾盂镜，经市场调研有了两家供应商，由于各厂商设计原因，经咨询只取由奥林达厂商提供，无市场垄断。		
	提出单一来源供应商的理由： 根据单一来源采购方式基本程序，此次山东大学齐鲁医院拟购置的电子膀胱肾盂镜，只能由奥林达一家提供，符合单一来源采购情形，因此以单一来源方式从该厂商授权的济南奥林达医疗设备有限公司处采购。		
	专家签字： 刘磊		

2022年 月 日

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	刘健生	职称	正高级工程师
工作单位	山东商荣总医院		
采购单位名称	山东大学齐鲁医院		
采购项目名称	山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目(电子膀胱肾盂镜)		
供应商名称			
专家 论证 意见	<p>采购项目的市场分析：</p> <p>我院申请的电子膀胱肾盂镜，需求我院现有的奥林巴斯和配套使用，其他品牌的不兼容我院主和相兼容使用，为保障医院临床治疗工作的正常开展，申请单一来源采购。</p>		
	<p>提出单一来源供应商的理由：</p> <p>山东大学齐鲁医院申请的电子膀胱肾盂镜主要是用于泌尿系统疾病的检查和治疗，需求我院现有奥林巴斯使用，因医院使用奥林巴斯为奥林巴斯的经销商，为保障医院临床治疗工作的正常开展，申请以奥林巴斯指定代理商济南奥林微创医疗器械有限公司处进行单一来源采购。</p>		
	<p>专家签字：</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">2022年 月 日</p>		